



INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung
in medizinischen Laboratorien e.V.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-EP-15027-02-00

Medizinisches Labor Bremen

Teilnehmer Nr.: 909

Ringversuch: Okt 2014

Proben Nr.: 63

Haferwende 12
28357 Bremen

ZERTIFIKAT

Ringversuch Liquor IV (Nr. 463) - Spezifische Antikörper im ZNS

gültig bis: 29. Okt 2015

Methoden bezogene Auswertung (AI-Werte)

	Methode				ZW	Quote	Teilnehmer - Ergebnis		
	Code	n	Median	Bereich	AI	%	AI	Abw. vom ZW (%)	Zertifikat
Masern	VT	17	2,50	1,9-3,6	2,5	94	2,5	0	ja
Röteln	DO	5	7,79	5,9-8,3	7,8	-	7,9	1	ja
VZV	VT	20	7,30	3-9,9	7,9	90	6,4	-19	ja
HSV	VT	18	2,58	1,7-3,7	2,89	89	2,6	-10	ja

(Die Kategorien 'ja' oder 'nein' beziehen sich auf die maximal zulässige Abweichung von $\pm 30\%$ vom Zielwert)

Richtige Interpretation:

- Kein Hinweis auf intrathekale AK-Synthese
- Intrathekale Antikörper-Synthese
⊗ M ⊗ R ⊗ Z ⊗ H
- Chronisch-entzündl. Prozess
- Unplausibler AI-Wert
○ M ○ R ○ Z ○ H
- Isolierte HSV-/VZV-AK, bedarf weiterer Abklärung

Interpretation des Teilnehmers:

- Kein Hinweis auf intrathekale AK-Synthese
- Intrathekale Antikörper-Synthese
⊗ M ⊗ R ⊗ Z ⊗ H
- Chronisch-entzündl. Prozess
- Unplausibler AI-Wert
○ M ○ R ○ Z ○ H
- Isolierte HSV-/VZV-AK, bedarf weiterer Abklärung

Bemerkungen sind jeweils im Bericht mit Bezug auf Teilnehmer Nummern zu finden.

gez.: Prof. Dr. H. Reiber